

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Research plus Pipetten, in Verbindung mit den entsprechenden epT.I.P.S. Pipettenspitzen, sind für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten konzipiert und konstruiert, speziell bei Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen.

Daher sind Research plus Pipetten als in-vitro-diagnostisches Zubehör ihrerseits ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika.

Research plus Pipetten sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

Intended use

Research plus pipettes, used in conjunction with the corresponding epT.I.P.S. pipette tips, are designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, especially for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. Therefore, Research plus pipettes, being in-vitro diagnostic accessories, are themselves diagnostic medical devices under the terms of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of October 27, 1998 on in-vitro diagnostic medical devices.

Research plus pipettes are intended exclusively for indoor use and for operation by qualified staff.

Utilisation conforme à la réglementation

Pipettes Research plus associées aux epT.I.P.S correspondantes. Les pointes de pipette sont conçues et construites pour transférer des liquides avec un taux de contamination faible, en particulier pour les échantillons issus du corps humain et pour des réactifs dans le cadre d'une application de diagnostic in-vitro, afin de permettre l'utilisation du diagnostic in-vitro pour l'usage prévu.

C'est pourquoi les pipettes Research plus Pipetten sont, en tant qu'accessoire de diagnostic in-vitro, un diagnostic in-vitro au sens de la directive 98/79/CE du parlement et du conseil européens du 27 octobre 1998 sur les diagnostics in-vitro.

Les pipettes Research plus sont destinées exclusivement à une utilisation à l'intérieur, par des spécialistes formés.

Usò previsto

Las pipetas Research plus, en combinación con las puntas de pipeta epT.I.P.S. correspondientes, han sido concebidas y construidas para la transferencia prácticamente libre de contaminación de líquidos, especialmente de muestras provenientes del cuerpo humano y de reactivos dentro del marco de una aplicación de diagnóstico in vitro, para posibilitar así la utilización del producto sanitario de diagnóstico in vitro según su finalidad.

Por ello, las pipetas Research plus, como accesorios para diagnóstico in vitro que son, también se considerarán productos sanitarios para diagnóstico in vitro según la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Las pipetas Research plus están previstas exclusivamente para la utilización en interiores así como para el manejo por personal técnico debidamente formado.

Usò conforme

Le pipette Research plus, assieme ai corrispondenti puntali epT.I.P.S., sono state sviluppate e prodotte per il trasferimento a basso rischio di contaminazione di liquidi, in particolare di campioni provenienti dal corpo umano e per reagenti utilizzati nell'ambito di applicazione della diagnostica in vitro, e con lo scopo di permettere un utilizzo dei dispositivi medici IVD conforme a quanto previsto.

Perciò le pipette Research plus in quanto accessori per la diagnostica in vitro, sono a tutti gli effetti dispositivi medici IVD ai sensi della direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Le pipette Research plus sono destinate esclusivamente all'utilizzo al chiuso da parte di personale qualificato e specializzato.

eppendorf
In touch with life

Your local distributor: www.eppendorf.com/worldwide

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany · Tel: +49 40 538 01-0 · Fax: +49 40 538 01-556 · E-Mail: eppendorf@eppendorf.com

Eppendorf North America, Inc. · 102 Motor Parkway, Suite 410 · Hauppauge, NY 11788-5178 · USA
Tel: +1 516 334 7500 · Toll free phone: +1 800 645 3050 · Fax: +1 516 334 7506 · E-Mail: info@eppendorf.com

Application Support

Europe, International: Tel: +49 1803 666 789 · E-Mail: support@eppendorf.com

North America: Tel: +1 800 645 3050, menu option 2 · E-Mail: techserv@eppendorf.com

Asia Pacific: Tel: +60 3 8023 6869 · E-Mail: support_asiapacific@eppendorf.com

EG-Konformitätserklärung EC Conformity Declaration

Das bezeichnete Produkt entspricht den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien und Normen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes oder einer nicht bestimmungsgemäßen Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

The product named below fulfills the relevant fundamental requirements of the EC directives and standards listed. In the case of unauthorized modifications to the product or an unintended use this declaration becomes invalid.

Produktbezeichnung, Product name:

Eppendorf Research[®] plus 3120, 3121, 3122

Produkttyp, Product type:

fix, variabel, Mehrkanal-Pipette / fixed-volume, adjustable-volume, multichannel pipette

Einschlägige EG-Richtlinien/Normen, Relevant EC directives/standards:

98/79/EG, EN 14971, EN 591, EN ISO 8655-2



Vorstand, Board of Management:

10.09.2008

Hamburg, Date:



Projektmanagement, Project Management:



eppendorf

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany