

ISO 9001
CERTIFIED

**HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE**

Bedienungsanleitung

Bitte vor gebrauch lesen!

Instruction Manual

Please read before use!

ceramus®

Flaschenaufsatz-Dispenser

Bottle-top Dispenser



Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG

Postfach 11 53 - Hauptstr. 7 - 15

D- 74246 Eberstadt - Germany

Tel. ++49(0)71 34/5 11-0

Fax ++49(0)71 34/5 11-90

internet: www.hirschmann-laborgeraete.de

e-mail: info@hirschmann-laborgeraete.de

Inhalt

	Seite
1. Sicherheitsvorschriften	4
2. Einzelteile	8
3. Funktionsprinzip	9
4. Einsatzverbote	10
5. Einsatzbeschränkungen	11
6. Gerät vorbereiten	12
6.1 Befestigung Ansaugschlauch	12
6.2 Befestigung Rückführschlauch	14
6.3 Befestigung Ausstoßeinheit	14
6.4 Gerät auf Flasche aufschrauben	16
6.5 Gerät zum Flaschenetikett ausrichten	16
7. Dosieren	17
7.1 Verschlußkappe abnehmen	17
7.2 Gerät entlüften	18
7.3 Volumen einstellen	20
7.4 Dosieren	21
7.5 Dosieren beenden und Dosier- und Transportsicherung einrasten	22
8. Reinigung	23

Contents

	Page
1. Safety Instructions	4
2. Components	8
3. Functional Principle	9
4. Prohibited Operations	10
5. Restricted Operations	11
6. Preparation for use	12
6.1 Installation of the suction tube	12
6.2 Installation of the recirculation tube	14
6.3 Installation of the discharge tube unit	14
6.4 Fitting to the bottle	16
6.5 Adjust the device to the bottle's label	16
7. Dispensing	17
7.1 Removal of closure cap	17
7.2 Priming	18
7.3 Volume selection	20
7.4 Dispensing	21
7.5 After use, locking of dispensing mechanism	22
8. Cleaning	23

8.1	Wartung / Reinigung	24	8.1	Maintenance and cleaning	24
8.2	Intensivreinigung	29	8.2	Thorough cleaning	29
9.	Sterilisation	31	9.	Sterilization	31
9.1	Vorbereitung	31	9.1	Preparation	31
9.2	Ansaug-/Ausstoß-Rückführventil lockern	32	9.2	Loosening of suction/discharge/ recirculation valve	32
9.3	Sterilisation durchführen	33	9.3	Sterilization	33
9.4	Ansaug-/Ausstoß-/Rückführventil festdrehen	34	9.4	Tightening of suction/discharge/ recirculation valve	34
9.5	Gerät zusammenbauen	35	9.5	Reassembly of the dispenser	35
10.	Ventile auswechseln	36	10.	Valve replacement	36
10.1	Ansaugventil auswechseln	36	10.1	Replacement of suction valve	36
10.2	Ausstoßventil auswechseln	38	10.2	Replacement of discharge valve	38
10.3	Rückführventil auswechseln	39	10.3	Replacement of recirculation valve	39
11.	Reparatur beim Hersteller	39	11.	Return for repair	39
12.	Volumenkontrolle	41	12.	Checking the (dispensed) volume	41
13.	Problem - Lösungen	43	13.	Trouble shooting	45
14.	Technische Daten/ Materialien	48	14	Technical data/ Materials	48
15.	Zubehör und Ersatzteile	51	15.	Accessories and spare parts	51

1. Sicherheitsvorschriften

Achtung!

Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig lesen und beachten. Jeder im Labor beschäftigten Person sind diese Sicherheitshinweise vor Benutzung bekannt zu machen und jederzeit griffbereit zu halten. Die Gebrauchsanleitung ist jedoch nicht in der Lage, alle auftretenden Sicherheitsprobleme darzustellen. Jeder Anwender ist selbst verantwortlich, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften einzuhalten und Einschränkungen vor Gebrauch des Gerätes zu bestimmen und zu beachten.

- *Beachten Sie sämtliche allgemeinen Sicherheitsvorschriften für das Labor, wie z. B. das Tragen von Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhen beim Einsatz entsprechender Flüssigkeiten.*

1. Safety Instructions

Attention!

Before use please read the safety instructions and observe them carefully. Before use every member of staff must be familiar with these safety guidelines and they must be kept available at all times. This instruction manual cannot describe all possible safety hazards. It is every user's responsibility to observe all health and safety precautions and to determine and observe restrictions before use of the unit.

- *Observe all general safety practices and guidelines for laboratories, such as the use of protective clothing, goggles and gloves when handling hazardous chemicals.*

- Beachten Sie die Hinweise und Vorschriften des Reagenzienherstellers.
- Das Gerät darf nur zum Dosieren von Flüssigkeiten eingesetzt werden, wobei definierte Einsatzverbote und Einsatzbeschränkungen unbedingt einzuhalten sind (ggf. Rücksprache beim Hersteller).
- Vor Gebrauch jeweils Dichtigkeit aller Verbindungen und sicheren Sitz der Ausstoßeinheit und des Ansaugschlauches überprüfen. Eine nicht festsitzende Ausstoßeinheit könnte beim Niederdrücken des Kolbens Spritzer verursachen.
- Vor dem Dosieren unbedingt die Verschlusskappe vom Ausstoßschlauch nehmen. Kolben niemals niederdrücken, solange die Verschlusskappe aufgesetzt ist.
- Observe the recommendations of the manufacturer of the chemicals.
- The device may only be used for dispensing liquids. Defined prohibitions and restrictions for use must be observed (if in doubt contact the manufacturer).
- Before every use always check the tightness of all connections and safe installation of the discharge unit and suction tube. A loose discharge unit might cause splashing when the piston is pushed down.
- Before use it is essential to remove the closure cap from the discharge tube. Never press the piston down when the closure cap is fitted to the tube.

- *Achten Sie darauf, daß weder Sie selbst noch eine andere Person gefährdet werden. Nie in Richtung einer Person dispensieren; Spritzer vermeiden; geeignete Aufnahmegefäße verwenden. Dispensieren Sie jeweils an die Innenwand des Aufnahmegefäßes anstatt auf dessen Inhalt oder Boden.*
- *Keinesfalls Gewalt anwenden!*
- *Nach Gebrauch den Ausstoßschlauch mit der Verschlusskappe verschließen. Vorsicht! Reagenz kann heraustropfen!*
- *Nach Gebrauch die Dosier- und gleichzeitig Transportsicherung einrasten (Null-Stellung, siehe Punkt 7.5). Den Dispenser (außer zu Reinigungszwecken) nicht mit hochgezogenem Kolben stehen lassen.*
- *Make sure, that neither you nor other persons are endangered. Never dispense towards any person, avoid splashing, use suitable vessels. When dispensing, always direct the liquid on to the wall of the vessel, never to its bottom or the content.*
- *Never use force!*
- *After use close the discharge tube with the closure cap. Attention! Liquid might drip off.*
- *After use lock the mechanism (zero position, see point 7.5). Never leave the dispenser with the piston raised (except for cleaning purposes).*

- Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden.

- Nach der Sterilisation (siehe Punkt 9) den Dispenser auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

- Bei Störungen, z. B.

- schwergängiger oder festsitzender Kolben

- verklebtes oder undichtes Ansaug-/Ausstoß-Rückführventil

- undichte Stellen

- Bruch von Bauteilen

sofort aufhören zu dosieren. Vor weiterer Benutzung des Gerätes die Hinweise zur Reinigung (siehe Punkt 8) und Problem-Lösungen (siehe Punkt 13) beachten. Ggf. zur Reparatur an Hersteller senden. Beachten Sie hierzu Punkt 11.

- Only use genuine manufacturer's accessories and spare parts.

- After sterilization (see point 9) let the dispenser cool down to room temperature.

- If problems occur e. g.


- stiff or sticking piston

- sticking or leaking suction or discharge valves

- leaking parts

- cracks in components

stop dispensing immediately. Before further use observe the instructions for cleaning (see point 8) and trouble shooting (see point 13). If necessary, return it to manufacturer for repair, see point 11.



2. Einzelteile

1. Ausstoßeinheit komplett
2. Rückführventil
3. Ansaugventil
4. Ausstoßventil
5. 3-Weg-Hahn mit Griff,
Mutter, Scheibe, O-Ring
6. Deckel

2. Components

1. Discharge tube unit complete
2. Recirculation valve
3. Suction valve
4. Discharge valve
5. 3-Way-stopcock with knob,
nut, washer, O-ring
6. cover

3. Funktionsprinzip

- Das Gerät ist ein digital einstellbarer Flaschen-
dispenser zum Dosieren von Flüssigkeiten. Das
Grundgerät (Gewinde A45) und die Adapter-
Varianten (siehe Zubehör) ermöglichen den
Einsatz von handelsüblichen Reagenzienflaschen.
- Beim Hochziehen des Dosierkolbens hebt sich die
Kugel des Ansaugventiles. Aus einer Vorratsfla-
sche wird über den Ansaugschlauch Flüssigkeit in
den Zylinder gesaugt. Nach Beendigung des
Ansaugvorganges schließt das Ansaugventil.
- Beim Niederdrücken des Dosierkolbens öffnet sich
das Ausstoßventil und gibt das am Skalenring ein-
gestellte Volumen frei.

3. Functional principle

- This instrument is a bottle top dispenser with
digital volume selection for the dispensing of
liquids. The basic model plus the various adap-
ters (see accessories) enable its use with com-
monly used reagent bottles.
- When the piston is raised the ball of the suction
valve is lifted. Liquid is aspirated through the suc-
tion tube from the reservoir bottle into the cylinder.
After finishing the suction phase the suction valve
closes.
- Pushing down the piston opens the discharge
valve and dispenses the volume which was selec-
ted on the volume scale.

Die gewünschte Volumenmenge wird (bei niedergedrücktem Kolben) am Skalenring durch einfache Drehung auf den, an der Einstellmarke angezeigten Wert eingerastet.

To select the required volume the piston must be in the down position. Turn the adjusting ring in either direction, so that the required volume mark is set above the adjustment arrow.

4. Einsatzverbote

Das Gerät ist nicht zu verwenden bei:

- Flußsäure, da sie Glas angreift (Ausnahme: Version HF)
- Flüssigkeiten, die Halar (ECTFE), FEP und Hastelloy angreifen, z. B. Brom (Ausnahme: Version HF)
- Suspensionen (z. B. Aktivkohle-Lösung), da feste Partikel die Ventile verstopfen können.

4. Prohibited operations

Do not use the dispenser with:

- hydrofluoric acid, it attacks the glass (exception: version HF)
- liquids which attack Halar (ECTFE), FEP or Hastelloy (e.g. bromine) (exception version HF)
- suspensions (e.g. of activated carbon solvent), because solid particles might block the valves

5. Einsatzbeschränkungen

- konzentrierte Salzlösungen, stark konzentrierte Laugen können zu schwergängigem oder fest-sitzenden Kolben führen.
- der Dispenser ist für einen Arbeitstemperaturbereich von 4°C bis 50°C geeignet.

Achtung - wichtiger Hinweis!

Bei schwergängigem oder fest-sitzenden Kolben niemals Gewalt anwenden. Nicht dosieren, Anwendung unterbrechen und Intensivreinigung durchführen (siehe Punkt 8.2).

5. Restricted operations

- concentrated saline solutions, highly concentrated alkaline solutions may cause the piston to stick or move stiffly.
- the dispenser is suitable for operating temperatures between 4°C and 50°C

Attention - important hint!

Never use force if the piston sticks or becomes stiff. Stop use immediately and carry out a thorough cleaning (see point 8.2).


6. Gerät vorbereiten

Achtung, vor Montagebeginn beachten!

- Ein einwandfreier und sicherer Betrieb ist nur bei Verwendung der beiliegenden Original-Zubehörteile gewährleistet.
- Niemals fremde oder beschädigte Zubehörteile verwenden.

6.1 Befestigung Ansaugschlauch

- Ansaugschlauch neben Vorratsflasche stellen, dabei zeigt das Schlauchende mit der Überwurfmutter zum Boden der Flasche.
- Schlauch in Höhe Unterkante Sicherungsring der Vorratsflasche schräg abschneiden.



6. Preparation for use


Attention, please observe before assembling!

- For safe and trouble free operation only use the genuine manufacturer's accessories and parts.
- Never use damaged or other than genuine manufacturer's parts.

6.1 Installation of the suction tube

- Hold the suction tube alongside the reservoir with the retaining screw at the bottom.
- Cut the tube obliquely to the height of the bottom of the bottle thread.


- Ansaugschlauch bis zum Anschlag aufstecken.
- Anschließend Überwurfmutter auf Ventilmantel drehen.



- Push the suction tube firmly onto the valve.
- Tighten the retaining screw onto the valve mantle.

6.2 Befestigung Rückführschlauch

- Rückführschlauch in Rückführöffnung des Ventilblocks fest einstecken



6.2 Installation of the recirculation tube


- Put the recirculation tube in the designated recirculation outlet of the valve block.

6.3 Befestigung Ausstoßeinheit


- Ausstoßeinheit mit
- Schlauchführung
- Überwurfmutter
- Ausstoßschlauch
- Verschlusskappe

6.3 Installation of the discharge tube unit

- Discharge tube unit with
- tube support
- fixing screw
- discharge tube
- closure cap




- Ausstoßeinheit bis zum Anschlag aufstecken.



- Put in the discharge tube unit until block.

- Überwurfmutter gut festdrehen und auf festen Sitz prüfen.



- Screw on the locking nut and ensure it's a tight fit.

Achtung!


- Festen Sitz der Ausstoßeinheit prüfen
- Nur Original-Ausstoßeinheit verwenden (siehe Zubehör und Ersatzteile)
- Keine deformierte oder beschädigte Ausstoßeinheit einsetzen.

Attention!

- Ensure that the discharge tube unit is firmly attached
- Only use genuine manufacturer's discharge tube unit (see accessories and spare parts list).
- Never use deformed or damaged discharge tube units.

6.4 Gerät auf Flasche aufschrauben

- Gerät mit oder gegebenenfalls ohne Gewindeadapter auf Vorratsflasche aufschrauben.



6.4 Fitting to the bottle

- Screw the dispenser onto the reservoir bottle, either directly or with one of the enclosed adapters, depending on the bottle's thread size.

6.5 Gerät zum Flaschenetikett ausrichten

- Gerät in gewünschte Position zur Flaschenbeschriftung drehen

6.5 Adjust the device to the bottle's label

- Turn the dispenser to match with the bottle's label

Warnhinweise!

- Sämtliche Sicherheitsbestimmungen, Einsatzverbote und Einsatzbeschränkungen beachten.
- Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

Warning!

- Observe all safety precautions, avoid all prohibited and restricted operations.
- Wear protective clothing, goggles and gloves.

7. Dosieren

Achtung!

- Sicherheitsvorschriften (siehe Punkt 1) einhalten
- Einsatzverbote und Einsatzbeschränkungen beachten (siehe Punkt 4 und 5).
- Dispenser nur so bedienen, daß Ausstoßeinheit stets vom Bediener und anderen Personen abgewandt ist.
- Kolben nicht niederdrücken, wenn Verschlusskappe aufgesteckt ist.

7.1 Verschlusskappe abnehmen

- Auffanggefäß unter Ausstoßeinheit stellen.
- Verschlusskappe wie in der Abbildung gezeigt, abziehen.

Achtung: Dabei kann Reagenz her-austropfen!



7. Delivery

Attention!


- Follow safety instructions (see point 1).
- Observe restricted and prohibited operations (see point 4 and 5).
- Dispense only when the discharge tube is turned away from the user and any other person.
- Never press down the piston when the closure cap is in fitted to the tube.

7.1 Removal of closure cap

- Place receiving vessel under the discharge tube unit.
- Remove closure cap as shown in the drawing.

Caution: liquid might drip off!


- Verschlusskappe entsprechend der Abbildung nach hinten schieben.
- Während des Dosierens kann die Verschlusskappe in der Aufbewahrungsposition verbleiben



- Slide the closure cap's ring to the direction of the device's body as shown in the drawing.
- While dosing the closure cap can remain in the storage position

7.2 Gerät entlüften



- Durch Drehen des Skalenringes Dosier- und Transportsicherung (Null-Stellung) lösen.



7.2 Priming

- Turning the scale ring away from the zero position will set the unit for operation.

- Rückführhebel auf "Rückführen" stellen (Pfeil zeigt von der Ausstoßeinheit weg)
- Auffanggefäß unter Ausstoßeinheit halten. (Vorsichtsmaßnahme)
- Prüfen, ob Verschlusskappe abgenommen. (Vorsichtsmaßnahme)
- Luftblasen durch mehrmaliges kurzes Hochziehen und Niederdrücken des Dosierkolbens entfernen.
- Vorgang wiederholen, bis keine größeren Luftblasen im Fenster mehr sichtbar sind (siehe Pfeile).
- Rückführhebel auf "Ausstoßen" stellen (Pfeil zeigt in Richtung Ausstoßeinheit)
- Dosieren (kleines Volumen) bis keine Luftblasen mehr im Ausstoßschlauch sichtbar sind (siehe Pfeile).




- Set the recirculation knob on the recirculation position (the arrow points away from the discharge tube)
- Put a receiving vessel under the discharge tube's opening. (precautionary)
- Check whether closure cap is opened. (precautionary)
- Eject air bubbles by pulling the piston a short distance and firmly pressing it down.
- Repeat this operation a few times until no more air bubbles are visible in the observation window (see arrows).
- Set the recirculation knob on the dispensing position (the arrow points towards the discharge tube).
- Start operation (small volume) until no more air bubbles are visible in the discharge tube unit (see arrows).

- Lassen sich größere Luftblasen nicht entfernen, könnte ein Ventil oder der Ansaugschlauch undicht sein (siehe Problem - Lösungen Punkt 13).

- If larger air bubbles can not be ejected, a valve or the suction tube is not fitting tight (see trouble shooting point 13).

7.3 Volumen einstellen

- Durch Drehen (links oder rechts) des Skalenring das gewünschte Volumen auf den Pfeil (Einstellmarke) einrasten.



7.3 Volume selection

- By turning the adjusting ring (in either direction) set the desired volume mark directly above the arrow.

Achtung!

Nur bei untenstehendem Kolben

Attention!

Do this only when the piston is in down position

7.4 Dosieren

Achtung!

Beim Dosieren nie Gewalt anwenden. Bei schwerem Lauf des Kolbens Reinigung (siehe Punkt 8) durchführen.


- Auffanggefäß unter Ausstoßeinheit halten.
- Sicherstellen, daß Verschlusskappe abgenommen ist.
- Kolben langsam und gleichmäßig bis zum Anschlag hochziehen.
- Kolben langsam und gleichmäßig niederdrücken.

7.4 Dispensing

Attention!


Never use force when dispensing. If the piston becomes stiff the unit must be cleaned immediately (see point 8).

- Hold the receiving vessel under the discharge tube's opening.
- Ensure that closure cap is removed.
- Gently and steadily pull up the piston to the top of its path.
- Push the piston down gently and steadily.



7.5 Dosieren beenden und Dosier- und Transportsicherung einrasten

- Nach Beendigung des Dosierens Kolben immer in der unteren Stellung belassen.
- Durch Drehen des Skalenringes die Dosier- und Transportsicherung (Null-Stellung) einrasten.



7.5 After use, locking of dispensing mechanism

- After use the piston must always be left in the down position.
- Turning the volume scale to zero position locks the mechanism.

Achtung!

Einrastung der Null-Stellung ist nur möglich wenn der Kolben vollständig in das Gerät eingeschoben ist (untere Stellung)

- Verschlusskappe aufstecken.

Attention!

The volume scale can only be turned to the zero position when the piston is in the down position.

- Place the closure cap on the discharge tube's opening.

8. Reinigung

Um eine lange Lebensdauer Ihres Dispensers zu gewährleisten, muß das Gerät regelmäßig gereinigt werden.

In folgenden Fällen ist das Gerät zwingend zu reinigen:

- bei schwergängigem Kolben (siehe Punkt 8.1)*
- nach Dosieren von Reagenzien, deren Einsatz beschränkt ist (siehe Punkt 5)*
- vor Reagenzwechsel*
- vor Sterilisation*
- vor Austausch von Ansaug-/Ausstoß-Rückführventilen*
- vor längerer Lagerung*

8. Cleaning

In order to ensure a long life for your dispenser, it should be cleaned regularly.

It is essential to clean it in the following cases:

- piston becoming stiff (see point 8.1)*
- after use with liquids of which the use is restricted (see point 5)*
- before changing reagent*
- before sterilization*
- before replacement of recirculation, suction or discharge valves*
- before storage*

Achtung!


- Vor Reinigungsbeginn Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe anlegen.
- Sicherheitsvorschriften (siehe Punkt 1) unbedingt beachten.
- Ansaugschlauch, Ausstoßeinheit, Zylinder und Ventile sind mit Flüssigkeiten gefüllt! Alle Öffnungen weg vom Körper/Personen richten.

Attention!

- When cleaning always wear protective clothing, goggles and gloves.
- Follow safety instructions (see point 1).
- Suction tube, discharge tube unit, cylinder and valves contain liquid. Ensure, that they are kept away from your body or other persons.

8.1 Wartung / Reinigung


- Dosieren beenden, Dosier- und Transportsicherung einrasten, Verschlusskappe aufstecken (siehe Punkt 7.5).
- Auf Vorratsflasche montiertes Gerät in Reinigungsbehälter stellen.



8.1 Maintenance and cleaning


- After use set the scale ring to position "0" and close the cap (see point 7.5).
- Place the unit and bottle into a suitable cleaning container

- Gerät durch Drehen (links/rechts) am Skalenring auf Maximalvolumen am Pfeil (Einstellmarke) einrasten.



- Set the dispenser to maximum volume at the arrow (adjusting mark) through turning the volume scale (left/right).

- Gerät mittels geeignetem Handschutz von Vorratsflasche abschrauben.



- Unscrew the dispenser from the bottle. Ensure that protective gloves are worn.


Achtung!

Aus Ansaugschlauch kann Flüssigkeit austreten

Attention!

Liquid may drip from the suction tube.


- Ausstoßeinheit über Öffnung Vorratsflasche halten.
- Verschlusskappe abziehen und nach hinten in Aufbewahrungsposition schieben.
- Restliche Flüssigkeit in Vorratsflasche zurückdosieren.



- Hold the discharge tube unit above the reservoir bottle.
- Pull off the closure cap and slide it backwards into its storage position.
- Move the piston up and down to eject the remaining liquid.

- Ansaugschlauch in geeignete Reinigungslösung eintauchen und durch mehrfaches Dosieren Gerät komplett durchspülen.

Vorsicht: - Restliche Flüssigkeit kann spritzen!
- Stets vom Körper weg dosieren!




- Hold the suction tube into a suitable cleaning solution and rinse the dispenser completely by repeated dispensing.

Attention: - Liquid may splash
- Always dispense away from your body.

- Gerät mit Lösungsmittel (z. B. destilliertes Wasser oder Aceton) durch wiederholtes Dosieren nachspülen.
- Ansaugschlauch aus Lösungsmittel herausziehen und Gerät durch wiederholtes Dosieren vollständig leerspülen.


- Rinse the unit with an appropriate solvent (e.g. distilled water or acetone) by repeated dispensing.
- Remove the suction tube from the solvent and clear residual solvent from the dispenser by repeated dispensing.

- Nachfolgende Teile separat in Reinigungslösung legen und zuvor wie nachstehend beschrieben von Gerät abnehmen:
- Ausstoßeinheit von Gerät abdrehen.



- Dismantle the dispenser and clean all following parts separately after dismantling the dispenser as described following:
- Unscrew the discharge tube unit from the dispenser.

- Überwurfmutter des Ansaugschlauches lösen.
- Rückführschlauch abziehen
- Ansaugschlauch von Gerät abziehen.




- Remove the screw cap from the suction tube.
- Remove the recirculation tube
- Remove the suction tube from the dispenser.

8.2 Intensivreinigung


- Zuerst Reinigung gemäß 8.1 durchführen.
- Dosierkolben ausbauen:
 - Durch Drehen des Skalenringes *maxi males* Volumen auf Pfeil (Einstellmarke) einrasten.
 - Kolben bis Anschlag hochziehen.
 - Stufenlehre festhalten und Griff/Dosierkolben herausdrehen.
 - Dosierkolben aus Zylinder ziehen.

8.2 Thorough cleaning



- Clean the unit as described in point 8.1.
- Remove the piston as follows:
 - Set the maximum volume at the arrow by turning the adjusting ring.
 - Pull the piston right to the stop.
 - Hold the step gauge and unscrew the knob/piston.
 - Pull the piston out of the cylinder.

- Zylinder und Kolben mit Bürste und Reinigungslösung reinigen und mit Spüllösung nachspülen.
- Dosierkolben wieder einbauen:
Gerät senkrecht halten und Dosierkolben vorsichtig in Zylinder mittels **leichter Drehung** einführen. Griff (mit Kolben) auf Stufenlehre aufschrauben.



- Clean the cylinder and the ceramic piston with a brush and detergent. Afterwards rinse these parts with an appropriate solvent.
- Reassemble the piston:
Keep the unit vertical and insert the piston carefully into the cylinder, with a **smooth rotating** movement. Screw the knob (with the piston) onto the step gauge.

Achtung!

Dosierkolben nicht verkanten, keine Gewalt anwenden.

Attention!

Take care that the piston is inserted straight and no force is used.

- Funktion des Gerätes prüfen.

- Check the operation of the unit.

9. Sterilisation

Der Dispenser ist dampfsterilisierbeständig bis 121 °C bei 2 bar und einer Einwirkzeit nach DIN te = 20 min.

9.1 Vorbereitung

- *Vor Sterilisation Reinigung durchführen (siehe Punkt 8.1).*

9. Sterilization


The dispenser is able to withstand autoclaving up to 121°C, 2 bar for a period of time acc. to DIN te = 20 min.

9.1 Preparation


- *Before sterilization clean the unit as described in point 8.1.*

9.2 Ansaug-/Ausstoßventil lockern


- Ansaugventil mit Montageschlüssel durch halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn lockern.



- Ausstoßventil mit Montageschlüssel durch halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn lockern.



- Rückführventil mit Montageschlüssel durch halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn lockern.




9.2 Loosen of suction/discharge and recirculation valve

- Loosen the suction valve by a half turn counter clockwise with the spanner

- Loosen the discharge valve by a half turn counterclockwise with the spanner

- Loosen the recirculation valve by a half turn counterclockwise with the spanner

- Deckel mit Druck auf Vertiefung an der Unterseite öffnen.



- Mutter gegen den Uhrzeigersinn eine halbe Umdrehung öffnen und durch Druck auf die Mutter den Hahn lockern




- open coverplate on the device's left side

- open the screw connection of the stopcock by a half turn counterclockwise and loosen the stopcock by pressing on the screw.

9.3 Sterilisation durchführen

Dampfsterilisation aller Teile durchführen (bis 121 °C, 2 bar, Einwirkzeit nach DIN te = 20 min.).



9.3 Sterilization

Place all parts in the autoclave (up to 121 °C, 2 bar, for a period of time acc. to DIN te = 20 min.)

Achtung!




- Gerät auf Raumtemperatur abkühlen lassen und erst danach mit dem Zusammenbau beginnen.
- Alle Teile auf Beschädigung prüfen und ggf. austauschen.

Attention!

- Let the unit cool down to room temperature, before reassembling.
- Check parts for damage and if necessary, exchange them.

9.4 Ansaug-/Ausstoß-Rückführ ventil festdrehen

- Ansaugventil mit Montageschlüssel festdrehen.
- Ausstoßventil mit Montageschlüssel festdrehen.
- Rückführventil mit Montageschlüssel festdrehen. Mutter an der Ventilwelle von Hand festziehen.
- Mutter im Uhrzeigersinn eine halbe Umdrehung schliesen und durch Druck auf die Mutter den Hahn befestigen
- Deckel auf Vertiefung an der Unterseite schliesen.



9.4 Reassembly of suction/discharge/recirculation valves

- Tighten the suction valve with the spanner.
- Tighten the discharge valve with the spanner
- Tighten the recirculation valves with the spanner and tighten the screw connection of the stopcock key by the hand.
- tighten the screw connection of the stopcock by a half turn clockwise and fix the stopcock by pressing on the screw.
- close coverplate on the device's left side

9.5 Gerät zusammenbauen

- *Gerät zusammenbauen (siehe Punkt 6) und auf Funktion prüfen (siehe Punkt 7). Bei Störungen siehe Problem - Lösungen (Punkt 13).*

9.5 Reassembly of the dispenser

- *Reassemble the unit (see point 6) and check correct operation (see point 7). In case of problems see the trouble shooting guide (point 13).*

10. Ventile auswechseln

Undichte oder beschädigte Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventile sind sofort auszuwechseln (siehe Zubehör und Ersatzteile Punkt 15).

10.1 Ansaugventil auswechseln

- Reinigung durchführen (siehe Punkt 8)
- Ansaugschlauch abschrauben.
- Gerät auf den Kopf stellen, sonst kann Ventilkugel bei Austauschvorgang herausfallen.
- Ansaugventil mit Montageschlüssel herausdrehen und mit Ventilkugel herausnehmen.




10. Valve replacement

Leaking or damaged suction/discharge and recirculation valves require immediate exchange (see accessories and spare parts point 15).

10.1 Replacement of suction valve

- Clean the unit (see point 8).
- Unscrew the suction tube.
- Hold the unit upside down, otherwise the valve ball might fall out, when changing the valve.
- Unscrew the suction valve with the spanner and take it out along with the valve ball.

- Kugel einsetzen und neues Ansaugventil einschrauben und mit Montageschlüssel festdrehen.



- Replace the valve ball, put in the new suction valve and tighten it with the spanner.

- Ansaugschlauch bis zum Anschlag aufstecken und Überwurfmutter auf Ventilmantel drehen (siehe Punkt 6.1)

- Put in the suction tube right to the stop and tighten the screw cap on the valve (see point 6.1).

10.2 Ausstoßventil auswechseln

- Reinigung durchführen (siehe Punkt 8).
- Ausstoßeinheit abschrauben (siehe Punkt 8).
- Ausstoßventil mit Montageschlüssel heraus-schrauben und entfernen.

- Neues Ausstoßventil einschrauben und mit Montageschlüssel festdrehen.
- Ausstoßeinheit bis zum Anschlag aufstecken und Überwurfmutter gut festdrehen (siehe Punkt 6.2). Auf festen Sitz achten!



10.2 Replacement of discharge valve

- Clean the unit (see point 8).
- Unscrew the discharge tube unit (see point 8).
- Unscrew the discharge valve with the spanner and take it out.

- Put in the new discharge valve and tighten it with the spanner.
- Put in the discharge tube unit right to the stop and fix the screw cap (see point 6.2). Ensure a tight fit.

10.3 Rückführventil auswechseln

- Rückführventil mit Montageschlüssel heraus-schrauben und entfernen.
- Neues Rückführventil einschrauben und mit Montageschlüssel festdrehen

11. Reparatur beim Hersteller

- Vor Einsendung des defekten Gerätes ist dieses sorgfältig zu reinigen (siehe Punkt 8).
- Geräte werden nur dann repariert, wenn diese gereinigt sind. Reinigung im Wasserbad mit Reinigungsmittel (z. B. reasol) ist empfehlenswert.

10.3 Replacement of recirculation valve

- Unscrew the recirculation valve with the spanner and take it out.
- Put in the new recirculation valve and tighten it with the spanner.

11. Return for repair

- Before returning a defective unit, the dispenser must be cleaned carefully by the user (see point 8).
- Units will only be repaired, if they are cleaned before being returned. Cleaning in a water bath with cleaning detergent (e.g. reasol) is recommended.

- Ungereinigte Geräte gehen unrepariert an den Absender zurück.
 - Aufgetretene Störung genau beschreiben.
 - Dosierte Flüssigkeit angeben. (Wichtig!)
 - Wurden andere, als die beschriebenen Eingriffe am Gerät durchgeführt (z. B. Gewaltanwendungen), sind Garantieleistungen ausgeschlossen.
- Not cleaned units will be returned to the sender without having been repaired.
 - Describe the malfunction exactly.
 - Indicate the dispensed liquid. (Important!)
 - The warranty is invalid in case unit has been maintained other than described in this manual (e.g. use of force).

12. Volumenprüfung

Die unter Punkt 14 angegebenen Parameter für Richtigkeit (R%) und Variationskoeffizient (CV%) eines Gerätes können wie folgt geprüft werden:

1. Wiegevorgang (siehe z. B. DIN 12650 Teil 6):

- Nennvolumen einstellen
- mit deionisiertem Wasser dosieren
- dosierte Menge auf Analysenwaage wiegen
- Umrechnung der dosierten Menge in Volumen

Achtung: Temperatur, Luftdruck und Werkstoff berücksichtigen (siehe hierzu z. B. Tabelle DIN ISO 4787)

2. Wiederholungs-Wiegung

- Um verlässliche Angaben zu Richtigkeit und Variationskoeffizient eines Gerätes zu erhalten, sollte der unter 1. beschriebene Wiegevorgang mindestens 5 mal wiederholt werden.

12. Volume control

The terms for accuracy (R%) and the coefficient of variation (CV%), indicated in point 14, can be checked as follows:

1. Measuring procedure (see e.g. DIN 12650/6):

- Set the nominal volume
- Dispense with de-ionized water
- Determine the dispensed quantity on an analytical balance
- Convert the measured weight to volume

Note: Temperature, air pressure and material need to be considered (see DIN ISO 4787)

2. Repetitive measuring

- In order to obtain reliable measures for accuracy and coefficient of variation, the procedure described under 1. should be repeated at least 5 times.

3. Berechnung von Richtigkeit und Variationskoeffizient

- Die Richtigkeit (R%) und der Variationskoeffizient (CV%) des Gerätes sind nach den Formeln der statistischen Qualitätskontrolle zu berechnen.

3. Calculation of accuracy and coefficient of variation

- Accuracy (R%) and coefficient of variation (CV%) have to be calculated in accordance to the formulas of statistical quality control.

13. Problem - Lösungen

<i>Problem</i>	<i>Möglicher Grund</i>	<i>Lösungen</i>
<i>Kolben schwergängig oder feststehend</i>	<i>- Verschlusskappe aufgesteckt - Kristallbildung an Kolben oder an Ventilen</i>	<i>- Verschlusskappe abziehen (siehe Punkt 7.1) - Nicht weiter dosieren! Intensivreinigung durchführen (siehe Punkt 8.2). Nötigenfalls Gerät über 24 Stunden in Reinigungsbad (z. B. mit 20%iger reasol Reinigungslösung) eintauchen.</i>
<i>Ansaugen oder Dosieren nicht möglich</i>	<i>- Volumeneinstellung auf Null - Ansaug-/Ausstoßventile verklebt</i>	<i>- Durch Drehen des Skalenringes Dosier- und Transportsicherung (Null-Stellung) lösen (siehe Punkt 7.2) und gewünschtes Volumen einstellen (siehe Punkt 7.3). - Reinigung durchführen (siehe Punkt 8.1). - Gerät schütteln oder den Ventilblock gegen den Handballen klopfen. - ggf. Ventile auswechseln (siehe Punkt 10).</i>
<i>Aus Spalt zwischen Ansaug- bzw. Ausstoß-</i>	<i>- Ventile locker oder beschädigt</i>	<i>- Ventile mit Montageschlüssel festziehen. Achtung: nach Sterilisation (s. Punkt 9)</i>

*ventil und Ventilblock
tritt Flüssigkeit aus*

*müssen Ansaug- und Ausstoßventil mit
Montageschlüssel festgezogen werden.*

*Zwischen Ausstoßventil
und Ausstoßeinheit
tritt Flüssigkeit aus* - *Ausstoßeinheit locker oder
beschädigt*
- *falsche Ausstoßeinheit*

- *Original-Ausstoßeinheit richtig montieren
(siehe Punkt 6.2).*
- *Nur Original-Ausstoßeinheit verwenden.*

*Am Rückführventil
(Rückseite des Gerätes)
tritt Flüssigkeit aus* - *Rückführventil locker*

- *Rückführventil mit Montageschlüssel festziehen*

*Zwischen Rückführventil
und Ventilblock (Deckel
abgenommen) tritt
Flüssigkeit aus* - *Ventilwelle locker*

- *Mutter auf Ventilwelle festziehen*

Gerät saugt Luft an - *Gerät nicht entlüftet*
- *Ansaugschlauch locker*
- *Ansaugschlauch bzw. Über-
wurfmutter beschädigt*

- *Gerät entlüften (siehe Punkt 7.2).*
- *Ansaugschlauch festdrehen (s. Punkt 6.1).*
- *Original-Ansaugschlauch wechseln
(siehe Zubehör - Ersatzteile Punkt 15).*

Dosierolumen fehlerhaft	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstoßeinheit locker oder beschädigt - Ansaugschlauch locker oder beschädigt - Ansaug-/Ausstoßventile locker oder beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Original-Ausstoßeinheit richtig montieren (siehe Punkt 6.2). Nur Original-Ausstoßeinheit verwenden. - Ansaugschlauch festdrehen (s. Punkt 6.1). - Ventile mit Montageschlüssel festziehen. - Reinigung durchführen (siehe Punkt 8.1). - ggf. Ventile auswechseln (siehe Punkt 10).
-------------------------	---	--

13. Trouble shooting

<i>Symptom</i>	<i>Possible cause</i>	<i>Solution</i>
<i>Piston is stiff or does not move at all</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Closure cap not open - Crystallisation at the piston or the valves 	<ul style="list-style-type: none"> - Open the closure cap unit (see point 7.1) - Stop dispensing and clean the unit thoroughly (see point 8.2). If necessary, soak it for 24 hours in a bath (e.g. with 20 % reasol cleaning solvent).
<i>Suction or dispensing is impossible</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Volume scale set on "0" position 	<ul style="list-style-type: none"> - Turn the adjusting ring to set the required volume (see point 7.2 and 7.3).

- Suction/discharge valve sticking

- Clean the unit (see point 8.1)
 - Shake the unit or tap the valve block against the palm of the hand.
 - If necessary, change the valves (see point 10).
-

Liquid is leaking between the valve block and the valves

- Valves loose or damaged

- Tighten valves with the spanner
 - Note: After sterilization (see point 9), suction/discharge valves need to be tightened.
-

Liquid is leaking between the discharge tube unit and the valve

- Discharge tube unit is loose or damaged

- Wrong discharge tube unit is used

- Mount the original discharge tube unit correctly (see point 6.2).
 - Use only the original discharge tube unit.
-

Liquid is leaking at the recirculation valve (backside of the unit)

- recirculation valve is loose

- Tighten the recirculation valve with the spanner
-

Liquid is leaking at the

- stopcock is loose

- Tighten the screw of the stopcock

*recirculation valve
(backside of the unit)*

*Unit is aspirates in
air*

- *Unit is not primed*
- *Suction tube is loose*
- *Suction tube or screw cap
damaged*

- *Prime the unit (see point 7.2).*
 - *Tighten the suction tube (see point 6.1).*
 - *Replace original suction tube (see accessories
spare parts point 15).*
-

*Delivered volume is
incorrect*

- *Discharge tube unit loose or
damaged*
- *Suction tube loose or
damaged*
- *Suction/discharge valves
loose or damaged*

- *Install a genuine discharge tube unit correctly
(see point 6.2).*
 - *Tighten the suction tube (see point 6.1).*
 - *Tighten the valves with the spanner.*
 - *Clean the unit (see point 8.1).*
 - *If necessary, change the valves (see point 10).*
-

14. Technische Daten/Materialien

Dispenser Volumen ml		Einstell- volumen ml	R* %	CV* %
0,2	- 1	0,05	* 0,6	* 0,2
0,4	- 2	0,05	* 0,5	* 0,1
1	- 5	0,10	* 0,5	* 0,1
2	- 10	0,25	* 0,5	* 0,1
5	- 30	0,50	* 0,5	* 0,1
10	- 60	1,00	* 0,5	* 0,1

* Angegebene Werte für Richtigkeit (R) und Variationskoeffizient (CV) bezogen auf Maximalvolumen bei

- gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und Flüssigkeit (deionisiertes Wasser)
- gleichmäßiger, ruckfreier Bedienung

14. Technical data/Materials

Dispenser volume ml		Volume steps ml	A* %	CV* %
0,2	- 1	0,05	* 0,6	* 0,2
0,4	- 2	0,05	* 0,5	* 0,1
1	- 5	0,10	* 0,5	* 0,1
2	- 10	0,25	* 0,5	* 0,1
5	- 30	0,50	* 0,5	* 0,1
10	- 60	1,00	* 0,5	* 0,1

* The given values for accuracy and coefficient of variation refer to the maximum volume at
 - equal temperature (20 °C) of the unit, surrounding and liquid (deionized water)
 - regular, non-jerky operation

Dispenser ist konformitätsbescheinigt nach den deutschen Vorschriften der Eichordnung (Anlage 12).

Arbeitstemperaturbereich für Gerät und Flüssigkeit zwischen 4°C und 50°C.

The dispenser is conformity certified acc. to the prescription of the German "Eichordnung" (Enclosure 12).

Area of temperatures for use of the unit and the liquid between 4°C and 50°C.

Material

Materials

	Kolben	Zylinder	Ventil- block	Ventil- kugel	Ventil- sitz	Ventil- feder
	piston	cylinder	valve block	valve ball	valve seat	valve spring
dispenser	höchstreine Al ₂ O ₃ -Keramik (99,7%)	Borosilikat- Glas 3.3	Halar (ECTFE)	Borosilikat- Glas 3.3	Borosilikat- Glas 3.3	Hastelloy
	highly pure Al ₂ O ₃ -ceramic (99,7%)	Borosilicate glass 3.3	Halar (ECTFE)	Borosilicate glass 3.3	Borosilicate glass 3.3	Hastelloy
dispenser HF	höchstreine Al ₂ O ₃ -Keramik (99,7%)	höchstreine Al ₂ O ₃ -Keramik (99,7%)	Halar (ECTFE)	höchstreine Al ₂ O ₃ -Keramik (99,7%)	höchstreine Al ₂ O ₃ -Keramik (99,7%)	Platin/ Iridium (PtIr)
	highly pure Al ₂ O ₃ -ceramic (99,7%)	highly pure Al ₂ O ₃ -ceramic (99,7%)	Halar (ECTFE)	highly pure Al ₂ O ₃ -ceramic (99,7%)	highly pure Al ₂ O ₃ -ceramic (99,7%)	platinum/ iridium (PtIr)

15. Zubehör - Ersatzteile

Braunglasflaschen*

Code-Nr.	Volumen ml / Gewinde
931 50 00	500 ml / A 32
934 50 00	1 000 ml / A45
931 52 00	2 500 ml / A 45 (runde Form)

Gewindeadapter*

Code-Nr.	Gewinde	nach	Material
931 35 21	A 45	A 32	PP
931 35 25	A 45	A 38	PP
931 35 27	A 45	S 40	PP
931 36 21	A 45	A 32	PTFE
931 36 25	A 45	A 38	PTFE
931 36 27	A 45	S 40	PTFE

Ausstoßeinheit komplett*

Code-Nr.	
931 30 25	normal

15. Accessories - spare parts

Amber glass bottles*

Code-No.	Volume ml / thread
931 50 00	500 ml / A 32
934 50 00	1 000 ml / A45
931 52 00	2 500 ml / A 45 (round shape)

Thread adapter*

Code-Nr.	Gewinde	nach	Material
931 35 21	A 45	A 32	PP
931 35 25	A 45	A 38	PP
931 35 27	A 45	S 40	PP
931 36 21	A 45	A 32	PTFE
931 36 25	A 45	A 38	PTFE
931 36 27	A 45	S 40	PTFE

Discharge tube unit, complete*

Code-No.	
931 30 25	normal

Ansaugschlauch mit Überwurfmutter*

Code-Nr.

931 50 05 310 mm

931 50 07 400 mm

Ausstoßventil komplett*

Code-Nr.

931 60 05

Ansaugventil komplett*

Code-Nr.

931 65 05

Rückführventil

Code-Nr.

931 66 25

* Verpackungseinheit 1 Stück

Montageschlüssel* Code-Nr. 931 69 01

Suction tube with screw cap*

Code-No.

931 50 05 310 mm

931 50 07 400 mm

Discharge valve complete*

Code-No.

931 60 05

Suction valve complete*

Code-No.

931 65 05

Recirculation valve

Code-Nr.

931 66 25

* Pack quantity, 1 piece

Spanner* Code-No. 931 69 01